آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه میکروپلیت ریدر**	**AG-PP-E-0009** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه میکروپلیت ریدر شرکت N.T Laboratory و ساخت کشور ایتالیا، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می‌دهد.

دامنه کاربرد: دستگاه میکروپلیت ریدر برای اندازه‌گیری جذب نوری (Optical Absorbance) چاهک‌های میکروپلیت در طول موج‌های انتخابی استفاده می‌شود.

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی - کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: ایتالیا- N.T Laboratory

مدل دستگاه:DV 990BV4

مفاد دستورالعمل:

۱- دستگاه و میکروپلیت را قبل از استفاده تمیز و آماده کنید.

۲- طول موج مناسب را مطابق روش آزمون انتخاب کنید.

۳- میکروپلیت را در محل صحیح دستگاه قرار دهید.

۴- آزمون را اجرا و نتایج را ذخیره/ثبت کنید.

۵- پس از پایان کار، میکروپلیت را خارج و محل کار را تمیز کنید.

۶- در صورت مشاهده خطا یا عملکرد غیرعادی، دستگاه را متوقف و گزارش کنید.

مرجع:

کاتالوگ دستگاه

دانشگاه جیرفت